

ชื่อเรื่องผลงานนวัตกรรม

ผ้าปิดตาทารก on photo ๓ แบบ

ชื่อ - สกุล : น.ส.สุวรรณี โชติไพบุลย์พันธ์ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๘๔-๕๖๖๔๙๒๙

ชื่อ - สกุล : นาง หนึ่งฤทัย เบ็ญสันติ เบอร์โทรศัพท์ : ๐๗๓-๖๑๕๑๖๑-๕ ต่อ

๔๒๓๓

หน่วยงาน สุติกรรม ๒

โรงพยาบาล สุโขทัย

ประเด็นสรุปผลงาน

๑. หลักการและเหตุผล

การ on photo ทารกตัวเหลือง ในแต่ละครั้งเป็นเรื่องที่รู้สึกท้อแท้และเปลืองเวลามาก เนื่องจากการที่ต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆในการส่องไฟ ในเรื่องที่ไม่จำเป็นเช่น การที่ต้องเปลืองเวลา และอุปกรณ์ปิดตาทารกและต้องมาประสบกับปัญหาเดิมๆกับผ้าปิดตาแบบเก่า

๒. ลักษณะของปัญหา

อดีตนั้นผ้าปิดตา ทารก on photo จะประกอบด้วยแผ่นฟิล์ม x-ray ด้วยผ้าก๊อช ๒ - ๓ ชั้น และเมื่อจะปิดตาทารกต้องนำ plaster มาแปะติดกับผิวหนังทารกโดยตรง และจะเปลี่ยนทุกๆวันทำให้เกิดปัญหาดังนี้

๑. เสียค่าใช้จ่าย - สิ้นเปลืองผ้าก๊อช
๒. สิ้นเปลืองเวลาในการห่อผ้าก๊อช
๓. ทารกปวดแสบบริเวณผิวหนัง และเกิดรอยแดง
๔. มีอัตราการเลื่อนหลุดสูงหากห่อ หรือ แปะไม่แน่นพอ เป็นอันตรายต่อดวงตา

ทารกได้

๓. ขั้นตอนการดำเนินการ

อุปกรณ์

๑. ผ้าสีดำทึบ และผ้า cotton อย่างหนา และนุ่ม เหมาะสำหรับทารก
๒. แผ่นฟิล์ม x-ray ที่ไม่ใช่แล้ว
๓. ดินตุ๊กแก
๔. เส้นยางรัดศีรษะสำหรับทารก
๕. ริปบิ้นรัดศีรษะสำหรับทารก

วิธีทำ

๑. ผ้าปิดตาทารก on photo แบบ see-true

๑. นำสายวัดมาวัดเส้นรอบศีรษะทารก
๒. ตัดผ้าสีดำทึบเป็นรูป ๔ เหลี่ยม ใหญ่กว่าดวงตาทารก ๒ - ๓ cm. ๒ ชั้น
๓. นำริปบิ้นรัดศีรษะสำหรับทารกมาเย็บติดกับผ้าสีดำทึบเป็นรูป ๔ เหลี่ยม

๒. ผ้าปิดตาทารกแปะด้วยตีนตุ๊กแก

๑. นำสายวัดมาวัดเส้นรอบศีรษะทารก
๒. นำแผ่นฟิล์มx-ray มาตัดเป็นรูปดวงตา ยาว ๙ cm. กว้าง ๔ cm.
๓. ผ้า cotton มาตัดเป็นรูปดวงตาให้ใหญ่กว่าแผ่นฟิล์ม x-ray ยาว ๔๐ cm. กว้าง ๑๐ cm.
๔. ตีนตุ๊กแก ยาวข้างละ ๖ cm.
๕. นำผ้ามาห่อฟิล์มมาวางกึ่งกลางของผ้าแล้วมาเย็บติดกัน
๖. นำตีนตุ๊กแก ยาวข้างละ 6 cm มาวางปลายผ้าแต่ละข้างแล้วมาเย็บติดกัน

๓. ผ้าปิดตาทารก on photo แบบยางรัดศีรษะ

๑. นำสายวัดมาวัดเส้นรอบศีรษะทารก
๒. นำแผ่นฟิล์ม x-ray มาตัดเป็นรูปดวงตา ยาว ๙ cm. กว้าง ๔ cm.
๓. ผ้า cotton มาตัดเป็นรูปดวงตาให้ใหญ่กว่าแผ่นฟิล์ม x-ray ยาว ๑๒ cm. กว้าง ๑๒ cm.
๔. นำผ้ามาห่อฟิล์มมาวางกึ่งกลางของผ้าแล้วมาเย็บติดกัน
๕. นำเส้นยางรัดศีรษะสำหรับทารก ยาว ๑๐ cm มาวางปลายผ้าแต่ละข้างแล้วมาเย็บติดกัน

๔. การให้ความร่วมมือผู้เกี่ยวข้อง

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ร่วมงาน

- ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจาก- สะดวกสบายมากขึ้น
- ลดระยะเวลาการรอ on photo ได้เร็วขึ้น จากใช้เวลา ๑๐ - ๑๕ นาที ลดเหลือ ประมาณ ๕ นาที

ด้านมารดาและผู้ดูแลทารก

- ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจาก ใช้ง่าย สะดวก ทารกไม่แสบผิวหนัง

บริเวณปิดตา

๕. ผลจากการเปลี่ยนแปลง งบประมาณในการดำเนินการ

ผลการเปลี่ยนแปลง

ด้านผู้ป่วย

๑. อัตราการ on photo เร็วขึ้นจาก ๑๐ - ๑๕ นาที เหลือ ๕ นาที สามารถลด

MUDAได้

๒. ทารกสุขสบายกับการถูกปิดตาทารกคือไม่ปวดแสบบริเวณผิวหนัง และไม่เกิด รอยแดง

๓. ไม่เกิดอัตราการเลื่อนหลุด ไม่ เป็นอันตรายต่อดวงตาทารก

๔. PATIENT SAFETY

๕. บิดา-มารดา หรือ ผู้ดูแลทารกพึงพอใจ คิดเป็นอัตรา ๙๐-๙๕ %

ด้านเจ้าหน้าที่

๑. ไม่ต้องใช้ผ้าก๊อช /ลดการสิ้นเปลืองผ้าก๊อช

๒. นำสิ่งของที่เหลือใช้มาใช้ประโยชน์

๓. สามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ป้องกันได้

๔. กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่เกิดการพัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

๕. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

งบประมาณในการดำเนินการ

อุปกรณ์นำมาจากวัสดุเหลือใช้ เป็นส่วนใหญ่ เช่น ผ้าcotton, แผ่นฟิล์มกันแสง การตัดเย็บนำมาเย็บเองแบบเรียบง่าย เสียค่าใช้จ่ายเฉพาะริบบิ้น/เส้นยางรัดศีรษะสำหรับทารกและ ตีนตุ๊กแก ราคา ชิ้นละประมาณ ๕ - ๑๐ บาท