

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ งาน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลยะลา.....

๒. วงเงินที่ใช้ในการจัดจ้าง ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) (เงินบำรุง)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป.....จ้างล้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบท่อส่งลมเย็น(FCU,AHU).....




๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท.....

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบจากท้องตลาด

๕.๑ บริษัท ซี เอ็ม ซี โบอิเทค จำกัด..... เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๖.๑ นางสาวนิตยา ภูวนานนท์	นายแพทย์เชี่ยวชาญ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายวิชา แซ่กู่	นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายปือราเอง สาและเร๊ะ	เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน	กรรมการ

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ
ลงชื่อ..........กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan)

จำนวน ๑ เครื่อง

ตามคุณลักษณะเฉพาะนี้ราคากลางเป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์

ต้องการผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์และความชำนาญในการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เพื่อให้เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) สามารถใช้งานเป็นประจำ

๒. คุณสมบัติผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างสามารถซ่อมบำรุงรักษา ดังรายการต่อไปนี้

๒.๑ ทำความสะอาดแผงวงจร และ connector ภายในเครื่องต่างๆ

๒.๒ ตรวจสอบและปรับสัญญาณควบคุมการทำงานของเครื่อง

๒.๓ ตรวจสอบและปรับระบบ low voltage power supply, high voltage power supply และ das power supply

๒.๔ ตรวจสอบและปรับค่า mA, kV, Exposure Time ให้ถูกต้อง

๒.๕ ตรวจสอบและปรับแต่ง พร้อมทั้งบำรุงระบบกลไกที่มีการเคลื่อนไหว

๒.๖ ตรวจสอบและปรับแต่ง ระบบ senser, และระบบ inter lock

๒.๗ ตรวจสอบและ test function การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

๒.๘ ตรวจสอบและ test ระบบการรับ/ส่งข้อมูลและระบบสร้างภาพ

๒.๙ ตรวจสอบ tube alignment

๒.๑๐ ตรวจสอบ เตียง (ทั้งระบบ machanics และ electronics)

๒.๑๑ กรณีที่เครื่องของทางโรงพยาบาลเสีย บริษัทฯ จะส่งช่างมาดำเนินการซ่อมอย่างเร่งด่วนภายใน ๔๘ ชั่วโมง โดยไม่คิดค่าบริการ

๒.๑๒ ในการตรวจเช็คเครื่องผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวิศวกรเข้ามาตรวจเช็คทุก ๒ เดือน ในระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยเริ่มนับจากเดือนที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ลงชื่อ..... CA ประธานกรรมการ
 ลงชื่อ..... P กรรมการ
 ลงชื่อ..... W กรรมการ

๒.๑๓ อุปกรณ์อะไหล่ที่มีอายุใช้งานจำกัด หรืออุปกรณ์อะไหล่ที่ชำรุดจะได้รับ การเปลี่ยนโดยไม่วิตติค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ยกเว้น

- (๑) วัสดุประเภทสิ้นเปลืองต่างๆ เช่น แผ่น Diskette ,ฟิล์ม แบตเตอรี่ ฯลฯ
- (๒) ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ที่ตกแต่งใหม่ นำมาเพิ่ม เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่อง ที่ระบุไว้ในสัญญา
- (๓) ระบบไฟฟ้าที่นอกเหนือจากระบบการทำงานของผลิตภัณฑ์
- (๔) การบำรุงรักษา อุปกรณ์เพิ่มเติมที่ติดมา และ/หรืออุปกรณ์ที่มีใช้เป็น ผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้าง นอกจากนี้จะมีการระบุไว้ในส่วนของรายการที่ ๒ ของเอกสารแนบท้าย สัญญา
- (๕) อะไหล่หรือชิ้นส่วนที่มีการเสื่อมสภาพตามอายุใช้งานปกติ เช่น Vacuum Tube (Pick-up Tube, X-ray, Terode) , CT Detector และหลอด CRT
- (๖) High Voltage Tank
- (๗) Accessories ต่างๆ

๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๑ ผู้รับจ้างต้องรับประกันว่าอะไหล่ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๓.๒ ผู้รับจ้างต้องทำการติดตั้งโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทที่ผ่านการอบรมโดยตรง
- ๓.๓ กำหนดการส่งมอบพร้อมใช้งานได้ แล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน
- ๓.๔ ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพงานบำรุงรักษาเครื่องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับแต่ วันที่ส่งมอบงานครบเป็นต้นไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ