

ตารางแสดงราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์

การจัดซื้อที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน ๑รายการโดยใช้เงินงบประมาณ UC (งบซ่อมบำรุงและทดแทนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง) ระดับเครือข่ายบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ หน่วยงาน โรงพยาบาลยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ..... ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

-บริษัท นิว อาย จำกัด

๕.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นายเวตร หงนิพนธ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ ประธานกรรมการ

๕.๒ นายวรพัฒน์ นิจจรัสกุล นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๕.๓ นางสลิสสา อีแต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

รายละเอียดรายการ

๑. เครื่องจักรกลตา Cyotherapy จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(ลงชื่อ)..... 1๐๗๖๗๗.....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... H.....กรรมการ

(ลงชื่อ)..... 8๓2.....กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ  
เครื่องจี้ลูกตา Cyotherapy

ตามคุณลักษณะเฉพาะนี้ราคากลางราคาเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้สำหรับผ่าตัดตาโดยการจี้เยื่อ เพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับจอประสาทตา ต้อกระจก ต้อหิน

๒. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นเครื่องจี้เยื่อสำหรับผ่าตัดตา โดยใช้แก๊สไนตรัสออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกำเนิดความเย็น

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๑ เป็นเครื่องจี้เยื่อที่ใช้แก๊สไนตรัสออกไซด์หรือคาร์บอนไดออกไซด์เป็นตัวกำเนิดความเย็น
- ๓.๒ มี Regulated Pressure Gauge ที่หน้าเครื่อง
- ๓.๓ ใช้ Foot Switch ในการควบคุมเครื่อง
- ๓.๔ มีระบบทำความสะอาด Probe ทุกครั้งเวลาใช้งานโดยอัตโนมัติ
- ๓.๕ ใช้แก๊สในการทำงานของเครื่องไม่ใช่ระบบไฟฟ้าในการทำงาน

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| ๔.๑ ตัวเครื่องจี้เยื่อ    | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔.๒ ถังแก๊ส               | จำนวน ๑ ถัง     |
| ๔.๓ RETINAL PROBE CURVED  | จำนวน ๓ หัว     |
| ๔.๔ GLAUCOMA PROBE CURVED | จำนวน ๒ หัว     |
| ๔.๕ รถเข็นที่วางเครื่อง   | จำนวน ๑ คัน     |

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ รับประกันคุณภาพ ๑ ปี นับจากวันส่งมอบงาน
- ๕.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย, ทวีปอเมริกา, ทวีปเอเชีย
- ๕.๓ ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใด เนื่องจากการใช้งานตามปกติผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไข ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หากมีการแก้ไข ๓ ครั้ง แล้ว ยังใช้การไม่ได้ดี จะต้องนำเครื่องมาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน ๓๐ วัน
- ๕.๔ บริษัทมีการบำรุงรักษาทุก ๓-๖ เดือน ในช่วงรับประกัน
- ๕.๕ บริษัทมีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตในประเทศไทย
- ๕.๖ บริษัทต้องมีหนังสือยืนยันการมีอะไหล่สำรองนานอย่างน้อย ๕-๑๐ ปี
- ๕.๗ อุปกรณ์ทุกชิ้นในการส่งมอบต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
(ลงชื่อ) ..... กรรมการ