

ตารางเปิดเผยราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

๑. อุปกรณ์ใส่ท่อหลอดลมคอ Laryngoscope จำนวน ๑ เครื่อง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

๓.๑. อุปกรณ์ใส่ท่อหลอดลม Laryngoscope รวมเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบจากท้องตลาด

๔.๑. บริษัท เค เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๕.๑. นายทงศักดิ์ ชาวจีน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ

๕.๒. นายซาฟารี บินหลี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๕.๓. นางสาวดวงฤทัย จิตประวัตติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ


(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
อุปกรณ์ใส่ท่อหลอดลมคอ Laryngoscope

- 1.ความต้องการ กล้องส่องกล้องเสียงเพื่อช่วยหายใจ ชนิดวีดีทัศน์
- 2.วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้กับคนไข้ที่มีปัญหาในการใส่ท่อช่วยหายใจ
- 3.คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1เป็นเครื่องมือชนิด Video Laryngoscope
 - 3.2มีช่องสำหรับใส่ท่อคูดของหลอดที่อยู่ภายในช่องปากได้
 - 3.3มีกระเป่าสำหรับเก็บเครื่องมือ สามารถยกเคลื่อนที่ไปใช้ได้สะดวก
- 4.คุณสมบัติทางเทคนิค ประกอบด้วย
 - 4.1กล้องส่องกล้องเสียงชนิดวีดีทัศน์ จำนวน 1 เครื่อง
 - 4.1.1 เป็นเครื่องมือชนิด Video Laryngoscope
 - 4.1.2 มีจอแสดงผลสี ชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.4 นิ้ว ติดอยู่กับตัวด้ามจับ
 - 4.1.3 สามารถต่อสายสัญญาณภาพสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อการเรียนการสอน
 - 4.1.4 ชนิดของหลอดไฟเป็นแบบ LED และใช้แบตเตอรี่ ชนิด AA เป็นแหล่งกำเนิดแสง
 - 4.1.5 สามารถล้างทำความสะอาดได้ทั้งเครื่อง
 - 4.2 อุปกรณ์ประกอบ
 - 4.2.1 สายสัญญาณภาพเพื่อต่อออกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เส้น
 - 4.2.2 แบตเตอรี่ ชนิด AA จำนวน 2 เส้น
 - 4.2.3 กระเป่าสำหรับเครื่องมือ จำนวน 1 ใบ
- 5.เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด
 - 5.2 รับประกันสินค้า 1 ปี


(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ