

ตารางเปิดเผยราคากลางของครุภัณฑ์การแพทย์

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีตกลงราคา หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๗๐,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙
 - ๓.๑. อุปกรณ์ใส่ท่อหลอดลม Laryngoscope รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยสืบจากท้องตลาด
 - ๔.๑. บริษัท เมดิทอป จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑. นายทองศักดิ์ ชาวจีน นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๕.๒. นายชาฟารี บินหลี นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ
 - ๕.๓. นางสาวดวงฤทัย จิตประวัตติ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

King Vision aBlade (Video Laryngoscope)

คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นเครื่องมือสำหรับใส่ท่อช่วยหายใจ ชนิดมีจอภาพสำหรับพกพา (Portable Video Laryngoscope)
2. อุปกรณ์ติดตั้งกล้องภายในให้ภาพเสมือนจริงแบบ QVGA


วัตถุประสงค์การใช้งาน

1. ใช้สำหรับใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยวิกฤตทั่วไปและผู้ป่วยที่มีปัญหาการใส่ท่อหายใจยาก เพื่อช่วยให้การใส่ท่อช่วยหายใจ ทำได้ง่าย รวดเร็ว และไม่มีการบาดเจ็บต่อทางเดินหายใจในส่วนต้น สามารถใช้ได้กับสรีระของช่องคอ (Direct Laryngoscope) ตั้งแต่เกรด 1-4
2. ใช้สำหรับ การเรียนและการสอนการใส่ท่อช่วยหายใจ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. เครื่องช่วยใส่ท่อช่วยหายใจ (Video Laryngoscope) ทำด้วยวัสดุพิเศษที่ไม่เป็นโลหะ ปลอดภัย มีความคงทนแข็งแรงมีน้ำหนักเบา
2. ตัวเครื่องมีจอภาพสีชนิด OLED DISPLAY มีขนาด 2.4 นิ้ว สามารถแสดงผลบนจอภาพได้ ให้ความละเอียดและความคมชัดสูง
4. มีกล้องรับภาพสีที่ชัดเจนระบบดิจิทัลมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 640x480 VGA สำหรับรับภาพพร้อมแสงไฟจากหลอด LED ให้แสงสว่างสีขาวเพื่อ ช่วยให้สามารถมองเห็น Vocal cord ได้ชัดเจน โดยไม่ถูกบดบังขณะสอดใส่ท่อช่วยหายใจกล้องรับภาพเป็นชนิดที่มีระบบป้องกันการเกิดฝ้า (New Anti-Fog Lens)
5. ตัวเครื่องมีจอภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 320x240 (QVGA) Pixel per frame
6. จอภาพมีความละเอียดในการแสดงผลไม่น้อยกว่า 30 Frames per second มุมมองของภาพ อยู่ที่ 160 องศา
7. จอภาพมีอัตราส่วนแสดงภาพ (Video Aspect Ratio) ไม่น้อยกว่า 4:3
8. ตัวเครื่องมีช่องต่อ Video Port RCA สามารถขยายภาพออกจจอภาพใหญ่ได้โดยใช้สาย เคเบิลส่งสัญญาณภาพ
9. ตัวเครื่องมีไฟบอกสถานะการทำงานของเครื่องเป็นสีเขียวที่มุมจอบนด้านซ้าย
10. ตัวเครื่องมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto shut off)
11. ตัวเครื่องมีระบบปรับภาพแสงสีขาวอัตโนมัติ (Auto white balancing)

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

12. ตัวเครื่องสามารถใช้งานต่อเนื่องจากไฟแบตเตอรี่ได้ไม่น้อยกว่า 90 นาที
13. ตัวเครื่องสามารถใช้งานได้โดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ชนิด 3 AAA แบบ Alkaline ได้
14. ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม


อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|-------------------------------------------------------|--------|
| 1. จอแสดงภาพ (Reusable Display) | 1 ชุด |
| 2. ส่วนต่อกล้องและหลอดไฟ LED (Reusable Video Adapter) | 1 ชุด |
| 3. Adult Blade | 6 ชิ้น |

คุณสมบัติอื่นๆ

1. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
2. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
3. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย 1 ชุด
4. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศ สหรัฐอเมริกา
5. มีหนังสือรับรองประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ออกให้โดยสำนักงานอาหารและยา

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ

ลงชื่อ..........กรรมการ