

ตารางแสดงราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์

การจัดซื้อที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ดำมกรอพินเร็ว จำนวน ๘ ดำม ตามแผนค่าขอเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ (๙๐%) ประจำปี ๒๕๕๙ หน่วยงานโรงพยาบาลยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๐,๕๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)..... 15 สิงหาคม 2559


เป็นเงิน ๑๑๐,๕๐๐ บาท


๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)


- ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ยล ๐๐๓๒.๑๐๑.๓/๑๐๐๖๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

| | | | |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| ๕.๑ นางปิยนดา | บุณทริก | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ น.ส.ศุภมล | เหลือภัทรวงศ์ | ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๕.๓ นางดวงพร | พรหมจันทร์ | เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน | กรรมการ |

(ลงชื่อ).....  ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

(ลงชื่อ).....  กรรมการ

คุณลักษณะเฉพาะ

ด้ามกรอฟันเร็ว

ตามคุณลักษณะเฉพาะนี้ราคากลางราคาด้ามละ ๑๓,๘๐๐

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ด้ามกรอความเร็วสูง

หน่วยนับ PC

๑. คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นหัวกรอความเร็วสูง ใช้กรอฟันในช่องปาก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นหัวกรอระบบ Ball Bearing ที่มีความเร็วรอบสูงสุด ๔๑๐,๐๐๐ รอบ/นาที

๒.๒ ตัวด้ามทำจาก Stainless Steel

๒.๓ การถอดหัว Bur เป็นระบบ Ultra Push Chuck

๒.๔ Handpiece เป็นระบบ Clean Head สามารถป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้เข้าไปใน Cartridge

๒.๕ Cartridge เป็นระบบ Ceramic Ball Bearing แบบ ISB (Integrate Shaft Bearing)

๒.๖ การ Spray น้ำเป็นแบบ Quattro Spray

๒.๗ ใช้แรงดันลมในการทำงานระหว่าง ๒.๒-๒.๕ kg/cm²

๒.๘ สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ (Autoclave) ที่อุณหภูมิสูงสุด ๑๓๕

องศาเซลเซียส

๒.๙ สามารถบำรุงรักษาและทำความสะอาดด้วยน้ำมัน Hi-Clean Spray

๒.๑๐ มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต

๒.๑๑ มีเอกสารอนุญาตประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์จากหน่วยงานของทางราชการอย่างเป็นทางการ

ทางการ

๒.๑๒ การบรรจุหีบห่อ บรรจุในกล่องพลาสติกเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์

(ลงชื่อ).....ประชาชนกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ