

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดซื้อที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องดึงคอกและหลังอัตโนมัติพร้อมตีแผ่นปูกระดับได้ จำนวน ๓ เครื่อง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลคลองลาภ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๗๕,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๐ ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๑๗๐,๐๐๐ บาท
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง
- ๔.๑ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเม้นท์ จำกัด
- ๔.๒ บริษัท ชินกฤษ จำกัด
- ๔.๓ บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จำกัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------|
| ๕.๑ นางสาวพิจitra เสาสุวรรณ | นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| ๕.๒ นางนิรมล พึงธรรมเดช | นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๕.๓ นายอับดุลยาลิม บินอาลี | นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ | กรรมการ |

ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....
ลงชื่อ..... ลงชื่อ..... ลงชื่อ.....

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้

1. ความต้องการ เครื่องสำหรับดึงคอและหลังแบบอัตโนมัติ
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับหมอนรองกระดูกสันหลัง ข้อต่อหลัง กล้ามเนื้อหลังและกล้ามเนื้อต้นคอ หมอนรองกระดูกและกระดูกต้นคอ เพื่อลดอาการปวดและยืดตึงของกล้ามเนื้อ
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 ใช้กับเต้าเสียบ 3 ขา กำลังไฟฟ้า ขนาด 220 V. 50 Hz
 - 3.2 ควบคุมการทำงานด้วยระบบโทรศัพท์ มี Self Test ขณะเปิดเครื่องทุกครั้ง
 - 3.3 สามารถตั้งความยาวเขือกได้ตามต้องการ
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 หน้าจอเป็นสีระบบสัมผัส (Touch Screen)
 - 4.2 สามารถใช้งานได้อย่างน้อย 4 ลักษณะ คือ
 - แบบคงที่ (Static traction)
 - แบบเป็นจังหวะ (Intermittent traction)
 - แบบโปรเกรสซีฟ (Progressive)
 - แบบเรียกรถ (Regressive)
 - 4.3 สามารถดึงแรงดึงได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 กิโลกรัม และสามารถดึงแรงดึงได้ต่ำสุดไม่น้อยกว่า 1.5 กิโลกรัม
 - 4.4 การดึงเป็นจังหวะ (Intermittent traction) สามารถตั้งค่าต่างๆ ได้ ดังนี้
 - สามารถตั้งความเร็วในการดึงได้
 - สามารถตั้งเวลาหน่วงการดึงและคลายได้อย่างน้อย 0-60 วินาที
 - 4.5 เชือกมีแรงดึงอย่างต่ำ 1.5 กิโลกรัม อยู่เสมอเพื่อให้ดึงเขือกออกมาได้ง่าย
 - 4.6 สามารถตั้งเวลาในการรักษาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 90 นาที ขึ้นกับจำนวนรอบที่ตั้ง
 - 4.7 มีสวิตช์หยุดการทำงานสำหรับคนไข้แบบใช้สาย
 - 4.8 เมื่อเลือกใช้ระบบแรงดึงที่ต่ำกว่า 10 กิโลกรัม สามารถตั้งน้ำหนักที่ใช้แรงดึงอย่างน้อยขึ้นละ 0.1 กิโลกรัม
 - 4.9 มีระบบเตือนเมื่อแรงดึงมากกว่า 20 กิโลกรัม

(ลงชื่อ). นิตย.... ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ). ท.ก. กรรมการ
(ลงชื่อ). ก.ก.ก. กรรมการ

5. คุณสมบัติทั่วไปของเตียง

5.1 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนบนรองรับศีรษะและลำตัว และส่วนล่างรองรับสะโพกและขา สามารถปรับเลื่อนแยกออกจากกันได้ โครงสร้างเตียงแข็งแรงทนทาน เบาะทำด้วยหนังเทียมอย่างดี ไม่ยุบตัว เมื่อเลิกใช้งาน ทำความสะอาดง่าย

5.2 ขนาดของเตียง มีขนาดเมื่อน้อยกว่า (กว้าง x ยาว) 65 x 190 ซม. โดยตัวเตียงส่วนรองรับศีรษะ และลำตัวยาวไม่น้อยกว่า 80 ซม. ส่วนรองรับขาและสะโพก ยาวไม่น้อยกว่า 110 ซม.

5.3 สามารถปรับความสูง-ต่ำ ของเตียงได้เมื่อน้อยกว่า 46-97 ซม. โดยใช้ระบบไฟฟ้า

5.4 มอเตอร์ไฟฟ้ามีกำลังไม่น้อยกว่า 8,000 นิวตัน (Force Electrical Motor) สามารถรับน้ำหนักได้ สูงสุดไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม

5.5 สามารถปรับมุมระหว่างส่วนรองรับศีรษะขึ้นได้ ประมาณ 70 องศา

5.6 มีล้อ 4 ล้อ เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย และสามารถล็อกให้อยู่กับที่ได้

5.7 เก้าอี้รองรับขาสามารถปรับระดับสูงต่ำแยกกันสองข้างได้

6. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

6.1 สวิตช์ฉุกเฉินหยุดการทำงาน	1 ชุด
6.2 Fixing knobs	4 อัน
6.3 เชือกพร้อมตะขอต่อจากเครื่อง	1 ชุด
6.4 สายไฟ	1 เส้น
6.6 ชุดดึงหลัง (อกและเอว)	2 ชุด
6.7 ชุดดึงคอพร้อมเหล็กแขวน	2 ชุด
6.8 เก้าอี้รองขาแบบปรับระดับได้แยกกัน	1 ตัว
6.9 แท่นวางเครื่อง	1 ชุด
6.10 บันได 2 ขั้น	1 ตัว
6.11 หมอนข้าง	2 ใบ
6.12 หมอนกลมใบเล็ก	3 ใบ
6.13 เครื่องสำรองไฟ	1 เครื่อง

(ลงชื่อ).....กิตติฯ.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....น.ก......ผู้จัดการ
(ลงชื่อ).....ธัญชนก.....ผู้จัดการ

7. เงื่อนไขเฉพาะ

- 7.1 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับจากวันส่งมอบ
- 7.2 ในระยะเวลาปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และระหว่างดำเนินการซ่อมหากไม่มีเครื่องใช้งานกับผู้ป่วย ทางบริษัทจะต้องนำเครื่องที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกับเครื่องเดิมมาให้ใช้ทดแทน และหากมีการแก้ไขมากกว่า 3 ครั้งแล้วยังใช้งานไม่ได้ จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามใน 60 วัน
- 7.3 อุปกรณ์ทุกชิ้นในการส่งมอบต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน
- 7.4 บริษัทเมืองลักษณ์แสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากประเทศไทยผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตในประเทศไทย
- 7.5 ผู้ขายต้องฝึกอบรมการใช้งานให้กับแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง และช่างอุปกรณ์การแพทย์จนสามารถใช้งานได้ดี
- 7.6 บริษัทต้องมีหนังสือยืนยันการมีอยู่ให้สำรองนานอย่างน้อย 5 ปี
- 7.7 ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายในแค็ตตาล็อกของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอ มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อ适合 ในการตรวจสอบ
- 7.8 บริษัทเมืองลักษณ์เป็นผู้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....พงษ์ศักดิ์.....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....วิภาณ.....กรรมการ
(ลงชื่อ).....ธีรศุภานันทน์.....กรรมการ