ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า จำนวน ๓ เครื่อง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลยะลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๔,๐๐๐ บาท (เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐ ราคากลาง เป็นเงิน ๑๑๔,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง

๔.๑ บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด

๔.๒ บริษัท ชินกฤช จำกัด

๔.๓ บริษัท เอราวัณ ไฮเทค จำกัด

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๕.๑ นางสาวพิจิตรา	เสาะสุวรรณ	นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๕.๒ นางนิรมล	พึ่งธรรมเดช	นักกายภาพบำบัดชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๕.๓ นายอับดุลฮาลิม	บินอาลี	นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ	กรรมการ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ
ลงชื่อ.....กรรมการ

รายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะ
เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า

1. ความต้องการ เครื่องฝึกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า

2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้สำหรับฝึกยืนลงน้ำหนักในผู้ป่วยทางระบบประสาท และผู้ป่วยทั่วไป

3. คุณสมบัติทั่วไป

3.1 สามารถปรับระดับความลาดเอียงของเตียงได้อย่างน้อย 0-90 องศา โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า

3.2 ใช้กับเต้าเสียบ 3 ขา กำลังไฟฟ้า ขนาด ๒๒๐ V. ๕๐ Hz

4. คุณลักษณะทางเทคนิค

4.1 โครงสร้างของเตียงทำด้วยท่อเหล็กเคลือบสีผงอีพ๊อกซี่อบแข็ง

4.2 เตียงมีขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง x ยาว x สูง = 24 x 76 x 34 นิ้ว

4.3 เบาะนอนบุฟองน้ำ หุ้มหนังเทียมอย่างดี

4.4 ฐานติดล้อ 4 ล้อ ติดเบรคอย่างน้อย 2 ล้อ สามารถล๊อคอยู่กับที่ได้

4.5 มีที่รองเท้าสามารถถอดออกได้

4.6 มีสายรัดสำหรับข้อเข่า ลำตัว จำนวนอย่างน้อย 3 เส้น

5. เงื่อนไขเฉพาะ

5.1 รับประกันคุณภาพ ๒ ปี นับจากวันส่งมอบ

5.2 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด

5.3 ในระยะประกันหากเกิดการขัดข้องด้วยประการใดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และระหว่างดำเนินการซ่อมหากไม่มีเครื่องใช้งานกับผู้ป่วย ทางบริษัทจะต้องนำเครื่องที่มีคุณสมบัติเท่าเทียมกับเครื่องเดิมมาให้ใช้ทดแทน และหากมีการแก้ไขมากกว่า 3 ครั้งแล้วยังใช้การไม่ได้ดี จะต้องนำเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไม่คิดมูลค่าและค่าใช้จ่ายใดๆภายใน 60 วัน

5.4 อุปกรณ์ทุกชิ้นในการส่งมอบต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อน

5.5 บริษัทมีหลักฐานแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากประเทศผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตในประเทศไทย

5.6 ผู้ขายต้องฝึกอบรมการใช้งานให้กับแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง และช่างอุปกรณ์การแพทย์จนสามารถใช้งานได้ดี

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ
(ลงชื่อ).....กรรมการ

5.7 บริษัทต้องมีหนังสือยืนยันการมีอะไหล่สำรองนานอย่างน้อย 5 ปี

5.8 ผู้เสนอราคาต้องทำเครื่องหมายในแค๊ตตาล๊อคของคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ให้ชัดเจนว่าเครื่องที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ